

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa

Vispārīgās prasības:	
1)	Finanšu piedāvājumā pretendents jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā
2)	Piegāde un uzstādīšana ne vairāk kā 12 kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
3)	Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
4)	* Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5)	** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvārdā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6)	Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7)	Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto elektrodrošības un funkciju pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecināši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaudes dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu (<i>prasība tiek izpildīta gadījumā, ja preces ražotājs ir noteicis šādas pārbaudes</i>)

1.daļa	LOR darba vietas aprīkojums
--------	-----------------------------

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa - LOR darba vietas aprīkojums

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Pasūtītāja izvīzītā tehniskās specifikācijas prasība</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvīzītajām prasībām)</i>
1.	Ražotājs		
2.	Modelis		
3.	Pamatprasības:		
3.1.	Darba galds:		
3.1.1.	Instrumentu skapis ar savācēju lietotiem instrumentiem un atkritumu izmēri (AxPxDz) ne vairāk kā - 90 cm x 45 cm x 54 cm (+/-5cm)		
3.1.2.	Iespēja izvēlēties krāsu		
3.2.	Funkcionāla kolonna ar auss irigācijas sistēmu. Komplektācija:		
3.2.1.	Atsūkšanas iekārta:		
3.2.1.1.	Ne mazāk kā 40 l/min. ar automātisku ieslēgšanu, kad sūkšanas šļūtene tiek izņemta no turētāja		
3.2.2.	Ausu irigācijas sistēma:		
3.2.2.1.	37° C silta ūdens skalošanas sistēma		
3.2.2.2.	Irigācijas rokturis ar maināmu uzgali, autoklāvējams, nerūsējoša tērauda tvertne, tūpums ne mazāk kā 4l. Filtrs ūdens irigācijas sistēmai		
3.2.3.	Automātiska sekrēta atsūkšanas sistēma		
3.2.4.	Automātiska skalošanas sistēma ar tvertni ne mazāk kā 1 l.		
3.2.5.	Aukstās gaismas bloks		
3.2.6.	Automātiska gaismas kontrole		
3.2.7.	Gaismas vads, autoklāvējams		
3.2.8.	Saspiesta gaisa sistēma ar rokturi, 2 gab. izsmidzinātāji šķīdriem medikamentiem, 1 gab. izsmidzinātājs šķīdriem un eļļas medikamentiem		
3.2.8.1.	1 gab. sprausla (olīvu)		

3.2.8.2.	1 gab. bērniem (olīvu)			
3.2.8.3.	1 gab. universālais (olīvu)			
3.2.9.	Ausu skalošanas trauks ar konsoli			
3.2.10.	Splaušanas trauks			
3.2.11.	Ātra spoguļu apsilde līdz ķermeņa temperatūrai (36°C)			
3.2.12.	Instrumentu paplātes - 2 gab.			
3.3.	Galvas lampa ar portatīvu akumulatoru un lādētāju			
3.3.1.	Akumulatora fiksācija uz galvas saites			
3.3.2.	LED apgaismojums, gaismas intensitāte vismaz 50 000 Lux			
3.3.3.	Krāsu temperatūra vismaz 4500 K			
3.3.4.	Spilgtuma kontroles regulēšana un gaismas traipa regulēšana			
3.3.5.	Degšanas ilgums ne mazāk kā 4h ar pilnu uzlādi			
3.3.6.	Svars – ne vairāk kā 300g			
3.4.	Pacienta krēsls			
3.4.1.	Hidrauliska augstuma maiņa ar kājas pedāli			
3.4.2.	Manuāli regulējama atzvelne ar iespēju izlikt krēslu pilnīgi horizontālā pozīcijā			
3.4.3.	Vismaz 8 cm biezs polsterējums			
3.4.4.	Nolaižami roku balsti			
3.4.5.	Iespējama rotācija ar fiksāciju			
3.4.6.	Regulējams galvas balsta paliktnis			
3.4.7.	Iespēja izvēlēties krāsu no ražotāja krāsu paletes			
4.	Komplektācija:			
4.1.	<i>Darba galds</i>			
4.2.	<i>Funkcionāla kolonna ar auss irigācijas sistēmu</i>			
4.3.	<i>Galvas lampa ar portatīvu akumulatoru un lādētāju</i>			
4.4.	<i>Pacienta krēsls</i>			
5.	Visas detaļas un virsmas ir viegli kopjamas un dezinficējamas ar visiem komerciāli pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem			
6.	Garantija ne mazāk kā 24 mēneši			

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)