

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Iepirkuma priekšmeta 1.-8.daļa

Vispārīgās prasības:	
1)	Finanšu piedāvājumā pretendents jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā
2)	Piegāde un uzstādīšana ne vairāk kā 60 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3)	Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
4)	* Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5)	** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6)	Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7)	Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto elektrodrošības un funkciju pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaudes dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu (<i>prasība tiek izpildīta gadījumā, ja preces ražotājs ir noteicis šādas pārbaudes</i>)

1.daļa	Harmoniskā skalpeļa ģenerators, ar pedāli
2.daļa	Mayo instrumentu galdiņš - 2 gb.
3.daļa	Sterilizācijas konteiners
4.daļa	Nerūsējoša tērauda plaukti
5.daļa	Instrumentu rati - 2 gb.
6.daļa	Metāla spainis uz ritenīšiem - 2 gb.
7.daļa	Operāciju zāles "Pakāpiens"
8.daļa	Sterilizācijas konteineru rati

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 1.daļa - Harmoniskā skalpeļa ģenerators, ar pedāli

Nr.p.k.	Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība	Pretendenta piedāvājums	Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārlicību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
	Ražotājs, modelis:		
1.	Ģenerators - pamatprasības:		
1.1.	Ģenerators savienojams ar ultraskaņas koagulācijas šķērēm, gan ar advancētās bipolārās tehnoloģijas instrumentiem, iespējams savietot ar bipolārās enerģijas instrumentiem, kuriem ir artikulējošs stobrs		
1.2.	Mainīga izejošā ultraskaņas svārstību frekvence 55,500 kHz		
1.3.	Integrēta rokas un pedāļu vadības sistēma		
1.4.	Rokas vadības iespēja		
1.5.	Ir iespēja vienlaikus lietot rokas un pedāļu vadību		
1.6.	Ir iespējams savietot ar advancētās bipolārās enerģijas un ultraskaņas tehnoloģijas instrumentiem		
1.7.	Ir iespējams savietot ar ultraskaņas tehnoloģijas disekcijas āķi, asmeni; ar iespēju regulēt instrumentu stobra garumu iespēja regulēt roktura garumu 4-9 cm robežās		
1.8.	Ir iespējams savietot ar ultraskaņas tehnoloģijas koagulācijas šķērēm ar rokas vadības funkciju, stobra garums 9 cm vai 17 cm, aktīvā spaiļe 16 mm liekta un pārklāta ar teflonu		
1.9.	Integrēta aparātūras pašdiagnostikas sistēma ar displeju		
1.10.	Automātiska pievienotā instrumenta atpazīšana		
	Aparatūra nodrošina iespēju ar ultraskaņu koagulēt asinsvadus līdz un ieskaitot 7 mm Ø		
1.11.	Ir iespēja lokāli atjaunināt ģenerators programmatūru		
2.	Komplektācija:		
2.1.	Ultraskaņas un bipolārās tehnoloģijas ģenerators		
2.2.	Statīvs ģeneratoram		
2.3.	Kājas pedālis		
2.4.	Instrumentu adapteris		
2.4.	Lietošanas instrukcija latviešu valodā		
3.	Garantija ne mazāk kā 24 mēneši		

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 2.daļa - Mayo instrumentu galdiņš 700*500 (2 gb.)

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)</i>
	Ražotājs, modelis:		
1.	Pamatprasības		
1.1.	Ražots no nerūsējoša tērauda materiāla (AISI 304)		
1.2.	Galdiņam piestiprināti četri riteņi $\varnothing 50 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$		
1.3.	Noņemams plaukts ar paaugstinātām apmalēm		
1.4.	Hidrauliski regulējams augstums no 900-1250 mm $\pm 30 \text{ mm}$		
1.5.	Plaukta izmēri 710x480x25 (h) mm $\pm 20 \text{ mm}$.		
1.6.	Plaukta nestspēja vismaz 12 kg		
1.7.	Svars ne vairāk kā 18 kg		
2.	Garantija ne mazāk kā 24 mēneši		

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 3.daļa - Sterilizācijas konteiners

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)</i>
1.	Pamatprasības:		
1.1.	Ražots no nerūsējošā tērauda materiāla		
1.2.	Izmērs 600x300x160 mm ± 10 mm		
1.3.	Integrēta aizsardzības sistēma/vārsts ("Protected Valve")		
3.	Garantija ne mazāk kā 24 mēneši		

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 4.daļa - Nerūšējošā tērauda plaukti (900x500x1800)

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)</i>
1.	Pamatprasības:		
1.1.	Izgatavoti no nerūšējošā tērauda materiāla		
1.2.	Izmēri 1800x900x500 mm ± 100 mm		
1.3.	Plauktu sistēmā ietilpst 5 plaukti		
1.4.	Viena plaukta nestspēja vismaz 150 kg		
1.5.	Komplektācijā ietilpst savienošanas skrūves un leņķi		
2.	Garantija ne mazāk kā 24 mēneši		

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 5.daļa - Instrumentu rati (75x65) bez rokturiem (2 gb.)

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)</i>
1.	Pamatprasības		
1.1.	Ražoti no nerūsējošā tērauda materiāla		
1.2.	Izmērs 75x65x60 cm ± 10 cm		
1.3.	Bez rokturiem - ērtai sterilā materiāla novietošanai		
1.4.	2 plaukti		
1.5.	4 riteņi, no tiem 2 riteņi ar bremžu fiksāciju		
1.6.	Ērti tīrāmi un dezinficējami		
2.	Garantija ne mazāk kā 24 mēneši		

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 6.daļa - Metāla spainis uz ritenīšiem (2 gb.)

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)</i>
1.	Pamatprasības		
<i>1.1.</i>	Ražots no nerūsējošā tērauda materiāla		
<i>1.2.</i>	Statīvam piestiprināti 4 riteņi		
<i>1.3.</i>	Noņemama 8 litru metāla bļoda, nerūsējošā tērauda		
<i>1.4.</i>	Augstums 165 mm ± 10 mm		
<i>1.5.</i>	Diametrs Ø 410 mm ± 10 mm		
<i>1.6.</i>	Virsmā viegli kopjama un dezinficējama		
2.	Garantija ne mazāk kā 24 mēneši		

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 7.daļa - Operāciju zāles "Pakāpiens"

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)</i>
1.	Pamatprasības:		
<i>1.1.</i>	Izgatavots no nerūšējošā tērauda materiāla		
<i>1.2.</i>	Neslīdoša virsma		
<i>1.3.</i>	Slodze ne mazāk kā 120 kg		
<i>1.4.</i>	Izmērs 60x35 cm ± 5 cm, ar vienu pakāpienu		
<i>1.5.</i>	Virsma viegli kopjama un dezinficējama		
2.	Garantija ne mazāk kā 24 mēneši		

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 8.daļa - Sterilizācijas konteineru rati

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)</i>
1.	Pamatprasības		
<i>1.1.</i>	Sterilizācijas konteineru rati ražoti no nerūsējošā tērauda materiāla (AISI 304)		
<i>1.2.</i>	Ratiem piestiprināti 4 riteņi		
<i>1.3.</i>	2 riteņi ar bremžu sistēmu		
<i>1.4.</i>	2 plaukti		
<i>1.5.</i>	Izmērs 800x940x500mm ± 5 cm		
<i>1.6.</i>	Kravnesība uz viena plaukta ne mazāk kā 60 kg		
2.	Garantija ne mazāk kā 24 mēneši		

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)