

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Iepirkuma priekšmeta 9.-11.daļa

Vispārīgās prasības:	
1)	Finanšu piedāvājumā pretendents jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā
2)	Piegāde un uzstādīšana ne vairāk kā 60 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3)	Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
4)	* Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5)	** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6)	Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7)	Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto elektrodrošības un funkciju pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaudes dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu (<i>prasība tiek izpildīta gadījumā, ja preces ražotājs ir noteicis šādas pārbaudes</i>)

9.daļa	Pacienta transporta rati traumatiskajiem pacientiem ar rentģena kasetes turētāju
10.daļa	Pacienta transporta rati
11.daļa	Diagnostikas stacija ar asinsspiediena mērītāju, otoskopu, oftalmoskopu - 3 gb.

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 9.daļa - Pacienta transporta rati traumatiskajiem pacientiem ar rentgena kasetes turētāju

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)</i>
	Ražotājs, modelis:		
1.	Pamatprasības:		
1.1.	Transporta rati ar augstuma regulāciju no 56 - 90 cm ± 3 cm		
1.2.	Augstuma regulācija ar hidraulisku kājas pumpi abās ratu pusēs		
1.3.	Pacienta virsma novietota uz divām vertikālām augstuma regulācijas kolonnām		
1.4.	Atzveltnes sekcija aprīkota ar rentgena kasetes turētāju		
1.5.	C-loka rentgena skenēšana galvgaļa sekcijai un ratu vidusdaļai starp kolonnām		
1.6.	Trendelenburg pozīcija regulējama ar kājas pedāli + 20° leņķī ± 2°		
1.7.	antiTrendelenburg pozīcija regulējama ar kājas pedāli - 20° leņķī ± 2°		
1.8.	Četru sekciju pacienta virsma 190 x 65 cm (garums x platums) ± 3 cm		
1.9.	Atzveltnes sekcijas pacelšana līdz ne mazāk kā 0 - 90° leņķim		
1.10.	Augšstilbu sekcijas pacelšana līdz ne mazāk kā 0 - 40° leņķim		
1.11.	Apakšstilbu sekcijas pacelšana līdz ne mazāk kā 0 - 15° leņķim		
1.12.	Ratu ārējie izmēri 210 x 75 cm (garums x platums) ± 3 cm		
1.13.	Riteņi ne mazāki kā Ø 200 mm ar plastikāta pārvalku un centrālo bremžu sistēmu		
1.14.	Centrālās bremžu sistēmas pedāļi izvietoti galvgalī un kājgalī, kā arī ratu abās sānu malās		
1.15.	Piektais ritenis ratu vidusdaļā ērtākai manevrēšanai		
1.16.	Vertikāli nolaižamas sānu margas abās pusēs		
1.17.	Sānu margu augstums ne mazāks kā 35 cm		
1.18.	Sānu margu nolaišanas mehānisms ar bremzējošu funkciju pret nokrišanu "SoftDrop"		
1.19.	Izvelkami rokturi ratu priekšpusē un aizmugurē		
1.20.	4 stūru aizsargriņķi un plastikāta sānu aizsargmalas		
1.21.	Plastikāta pārvalks šasijai		
1.22.	Ratu stūros iestrādātas vietas infūzijas statīva novietošanai		
1.23.	Infūziju statīvs		
1.24.	Ratu celtségja ne mazāk kā 320 kg.		
1.25.	Matracis ar mazgājamu antistatisku pārvalku, biezums ne mazāk kā 10 cm		
2.	Garantija ne mazāk kā 24 mēneši		

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 10.daļa - Pacienta transporta rati

Nr.p.k.	Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība	Pretendenta piedāvājums	Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
	Ražotājs, modelis:		
1.	Pamatprasības:		
1.1.	Transporta rati ar augstuma regulāciju no 56 - 90 cm $\pm$ 3 cm		
1.2.	Augstuma regulācija ar hidraulisku kājas pumpi abās ratu pusēs		
1.3.	Pacienta virsma novietota uz divām vertikālām augstuma regulācijas kolonnām		
1.4.	Trendelenburg pozīcija regulējama ar kājas pedāli + 20° leņķī $\pm$ 2°		
1.5.	antiTrendelenburg pozīcija regulējama ar kājas pedāli - 20° leņķī $\pm$ 2°		
1.6.	Četru sekciju pacienta virsma 190 x 65 cm (garums x platums) $\pm$ 3 cm		
1.7.	Atzveltnes sekcijas pacelšana līdz ne mazāk kā 0 - 90° leņķim		
1.8.	Augšstilbu sekcijas pacelšana līdz ne mazāk kā 0 - 40° leņķim		
1.9.	Apakšstilbu sekcijas pacelšana līdz ne mazāk kā 0 - 15° leņķim		
1.10.	Ratu ārējie izmēri 210 x 75 cm (garums x platums) $\pm$ 3 cm		
1.11.	Riteņi ne mazāki kā Ø 200 mm ar plastikāta pārvalku un centrālo bremžu sistēmu		
1.12.	Centrālās bremžu sistēmas pedāļi izvietoti galvgalī un kājgalī, kā arī ratu abās sānu malās		
1.13.	Piektais ritenis ratu vidusdaļā ērtākai manevrēšanai		
1.14.	Vertikāli nolaižamas sānu margas abās pusēs		
1.15.	Sānu margu augstums ne mazāks kā 35 cm		
1.16.	Sānu margu nolaišanas mehānisms ar bremzējošu funkciju pret nokrišanu "SoftDrop"		
1.17.	Izvelkami rokturi ratu priekšpusē un aizmugurē		
1.18.	4 stūru aizsargriņķi un plastikāta sānu aizsargmalas		
1.19.	Plastikāta pārvalks šasijai		
1.20.	Ratu stūros iestrādātas vietas infūzijas statīva novietošanai		
1.21.	Infūziju statīvs		
1.22.	Ratu celtnes ne mazāk kā 320 kg.		
1.23.	Matracis ar mazgājamu antistatisku pārvalku, biezums ne mazāk kā 10 cm		
2.	Garantija ne mazāk kā 24 mēneši		

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 11.daļa - Diagnostikas stacija ar asinsspiediena mērītāju, otoskopu, oftalmoskopu (3 gb.)

Nr.p.k.	Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība	Pretendenta piedāvājums	Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
	Ražotājs, modelis:		
1.	Veicamās funkcijas:		
1.1.	Ausu izmeklējumu veikšana		
1.2.	Acu izmeklējumu veikšana		
1.3.	Asinsspiediena mērītāju tonometrs		
2.	Pamatprasības:		
2.1.	Konstrukcija piestiprināma pie sienas		
2.2.	Otoskops:		
2.2.1.	Ksenona vai halogēna apgaismojuma avots		
2.2.2.	Izmērs 13,1x7x5 cm ± 2 cm		
2.2.3.	Svars 150 gr ± 20 gr		
2.3.	Oftalmoskops:		
2.3.1.	3,5 V halogēna apgaismojuma avots ar zilo filtru, palielinājums ne mazāk kā 5x		
2.3.2.	Izmērs 19,8x11,8x5,4cm ± 2 cm		
2.3.3.	Svars 300 gr ± 20 gr		
2.4.	Tonometr:		
2.4.1.	Aneroīda tips		
2.4.2.	Precizitāte +/-3mmHg		
2.4.3.	Izmērs 18,2x20,5x17,3 cm ± 2 cm		
2.4.4.	Svars 115 gr ± 20 gr		
3.	Komplektācija:		
3.1.	Diagnostikas stacija ar asinsspiediena mērītāju, otoskopu, oftalmoskopu - 3gb.		
3.2.	Tonometra manžetes 3 gb. - bērnu izmērs 12-16cm ± 0,5 cm; standarta izmērs 25-34cm ± 0,5 cm; lielais izmērs 32-43cm ± 0,5 cm (katrai diagnostikas stacijai)		
3.3.	Ausu spoguļu komplekts otoskopam - 1 gb. 2,5 mm un 1 gb. 4 mm (katrai diagnostikas stacijai)		
3.	Garantija ne mazāk kā 24 mēneši		

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)