

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Iepirkuma priekšmeta 12.daļa

Vispārīgās prasības:	
1)	Finanšu piedāvājumā pretendents jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā
2)	Piegāde un uzstādīšana ne vairāk kā 60 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3)	Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
4)	* Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5)	** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6)	Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7)	Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto elektrodrošības un funkciju pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaudes dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu (<i>prasība tiek izpildīta gadījumā, ja preces ražotājs ir noteicis šādas pārbaudes</i>)
12.daļa	Ambulatoro procedūru koagulators

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 12.daļa - Ambulatoro procedūru koagulators

Nr.p.k.	Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība	Pretendenta piedāvājums	Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
	Ražotājs, modelis:		
1.	Pamatprasības:		
1.1	Maksimālā monopolārā griešanas jauda ne mazāk kā 100 W		
1.2	Maksimālā koagulācijas jauda ne mazāk kā 80 W		
1.3	Darbības frekvence ne mazāk kā 500 kHz		
1.4	Ne mazāk kā 3 elektrodu kontaktligzdas no kurām - vismaz 1 ir monopolārā trīs zaru starptautiskā standarta kontaktligzda, vismaz 1 ir bipolārā divzaru, starptautiskā standarta kontaktligzda, ne mazāk kā 1 ir neitrālā elektroda, divu spraudņu starptautiskā standarta kontaktligzda		
1.5	Iespējams pievienot divdaļīgu kājas vadības slēdzi		
1.6	Monopolārie režīmi:		
1.6.1	Standarta griešanas režīms, ar minimālu vai vidēju audu hemostāzi, maksimālais pīķa spriegums 550 Vp ± 5%		
1.6.2	Griešanas režīms ar paaugstinātu audu hemostāzi, pazeminātu griešanas ātrumu, maksimālais pīķa spriegums 900 Vp ± 5%		
1.6.3	Viegla koagulācijas režīms, bez dzirksteļošanas, samazina audu karbonizāciju un elektroda lipšanu pie audiem, maksimālais pīķa spriegums 190 Vp ± 5%		
1.6.4	Ātras koagulācijas režīms, paredzēts efektīvai, ātrai koagulācijai, maksimālais pīķa spriegums - ne mazāks kā 1250 Vp ± 5%		
1.7	Bipolārais režīms - nodrošina bipolāro koagulāciju izmantojot bipolārās pincetes, pīķa spriegums 190 Vp ± 5%		
1.8	Iekārtas griešanas un koagulācijas jaudas iestatīšana - Vatos uz iekārtas priekšējā panela ar spiedpogām		
1.9	Iekārtas režīmu un programmu maiņa iespējama ar spiedpogām no iekārtas priekšējā panela		
1.10	Iekārta aprīkota ar automātisku bipolārā režīma aktivācijas - AUTO START funkciju		
1.11	Iekārtā iespējams iestatīt un saglabāt ne mazāk kā 4 programmas ar individuāli iestatāmiem parametriem		
1.12	Pie darbības kļūdām tiek parādīts kļūdas kods		
1.13	Monopolāro režīmu iespējams aktivēt ar rokas vadību, bipolāro režīmu iespējams aktivēt ar kājas pedāli		
1.14	Iespējama paralēla (bez pārslēgšanas) monopolāro un bipolāro instrumentu aktivācijas iespēja		
1.15	Būtiski samazināts noplūdes strāvu nsk, ko nodrošina izolēta augstfrekvences pacienta ķēde		
1.16	Iespējams pievienot gan nedalītos, gan dalītas virsmas vienreiz lietojamus neitrālos elektrodus		
2.	Komplektācija:		
2.1	Elektrokoagulators - 1 gb		
2.2	Kājas pedālis, divdaļīgs - 1 gb		
2.3	Neitrālo elektrodu savienotājsvads ar 20 gb neitrālajiem elektrodiem - 1 kompl		
2.4	Aktīvo elektrodu rokturs, atkārtoti lietojams, ar lāpstiņveida elektrodu - 1 gb		
2.5	Bipolārās pincetes (19-20 cm garas, 1 mm aktīvais gals) ar savienotājsvadu - 1 kompl		
2.6	Lietošanas instrukcija latviešu valodā		
3.	Garantija ne mazāk kā 24 mēneši		

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)