

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Iepirkuma priekšmeta 15.daļa

Vispārīgās prasības:	
1)	Finanšu piedāvājumā pretendents jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā
2)	Piegāde ne vairāk kā 30 kalendāro dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas;
3)	Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
4)	* Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modeli atbilstošos parametros;
5)	** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6)	Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7)	Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto elektrodrošības un funkciju pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaudes dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu (<i>prasība tiek izpildīta gadījumā, ja preces ražotājs ir noteicis šādas pārbaudes</i>)

15.daļa	Ķirurģiskais sūknis (elektriskais, vakuuma)
---------	---

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Iepirkuma priekšmeta 15.daļa - Ķirurģiskais sūkņis (elektriskais, vakuuma)

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var būt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)</i>
1.	Ražotājs		
2.	Modelis		
3.	Pamatprasības:		
3.1.	Brīvā gaisa plūsma, ne mazāk kā 50 litri/minūtē		
3.2.	Grafīta/virzuļu sistēma ar zemu vibrāciju un klusu darbību - trokšņa līmenis - < 43 dB		
3.3.	Vakums ne mazāk kā 640 mmHg		
3.4.	3 pakāpju atpakaļteces ierobežojuma sistēma ar pludiņu līmeņiem 100% atpakaļteces ierobežojumam		
3.5.	Savācēja konteīnera kapacitāte ne mazāk kā 5 Litri		
3.6.	Vāks ar ātri fiksējošo stiprinājumu pie sūkņa slīdes		
3.7.	Sūkņa piederumu (savācējkonteīneru, vāku, filtru) savienojamība ar slimnīcā esošajiem		
3.8.	Standarta elektrības padeve: 220-250 V, 50/60 Hz		
3.9.	Liels, labi pārredzams spiediena manometrs		
3.10.	Mobils statīvs ar antistatiskiem riteņiem		
3.10.1.	Instrumentu plaukts, fiksējams uz mobilā statīva slīdes		
3.10.2.	Pilnveidojams ar papildaprīkojumu, t. sk. vienreizējās lietošanas rezervuāriem, citu izmēru burkā, dzemdes aspirācijas komplektu, vakuumekstratoru, kiretēm u.c..		
3.10.3.	Elektrības aizsardzība: Type B , saskaņā ar EN60601-1; Class II dubultā aizsardzība (nav nepieciešams saņemējums) saskaņā ar EN 60601-1		
4.	Garantija ne mazāk kā 24 mēneši		

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

