

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Iepirkuma priekšmeta 16.daļa

Vispārīgās prasības:	
1)	Finanšu piedāvājumā pretendents jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā
2)	Piegāde un uzstādīšana ne vairāk kā 60 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
3)	Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
4)	* Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5)	** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6)	Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7)	Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto elektrodrošības un funkciju pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaudes dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu (<i>prasība tiek izpildīta gadījumā, ja preces ražotājs ir noteicis šādas pārbaudes</i>)

16.daļa	Bronhoskops
---------	-------------

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 16.daļa - Bronhoskops

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)</i>
1.	Sanācijas, intubācijas fibrobronhoskops ar gaismas avotu		
1.1.	Redzes lauks (skata leņķis) ne mazāks kā 90°		
1.2.	Distālais gals noliecams uz augšu/leju ne mazāk par 90°/130°		
1.3.	Asuma dziļums ne mazāk kā 3-50 mm		
1.4.	Ievadāmās daļas diametrs ne lielāks par 5,2 mm		
1.5.	Darba kanāla diametrs ne mazāks par 2,23 mm		
1.6.	Ievadāmās daļas garums ne mazāks par 550 mm		
1.7.	Bronhoskopu iespējams apstrādāt mazgāšanas dezinfekcijas iekārtās		
2.	Komplektācija		
2.1.	Cieta pārnēsāšanas soma 1 gb.		
2.2.	Endoskopiskās cilpas 2 gb.		
2.3.	Endoskopiskais groziņš svešķermeņu evakuācijai 2 gb.		
2.4.	Endoskopiskās standziņas svešķermeņu evakuācijai 2 gb.		
2.5.	Biopsiju standziņas 2 gb.		
2.6.	Tīrīšanas birstītes 1 kompl.		
2.7.	Atsūkšanas vārstulis 2 gb.		
2.8.	Darba kanāla ieejas blīves 10 gb.		
2.9.	Gaismas avots portatīvais vai arī stacionārais, bet viegli un ērti pārvietojams 1 gb.		
2.10.	Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā		
3.	Garantija ne mazāk kā 24 mēneši		

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)