

Gulbenē

2018.gada 24.oktobrī Nr.01-10/447

SIA “Arbor Medical Korporācija”

Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas pag.,
Ķekavas nov., LV-1076

SIA “KJ Serviss”

Zemitānu iela 2B, Rīga, LV-1012

SIA “NMS Elpa”

Grebenščikova iela 1, Rīga, LV-1003

SIA “Medeksperts”

Ūnijas iela 8A, Rīga, LV-1084

Paziņojums par pieņemto lēmumu sakarā ar iepirkumu

*“Tehnoloģiju piegāde SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” operāciju zālei Balvos”,
Identifikācijas Nr.BGSA/2018/02*

Informējam, ka SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” iepirkumu komisija, turpmāk Komisija, veica iepirkuma/atklāta konkursa “Tehnoloģiju piegāde SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” operāciju zālei Balvos”, iepirkuma identifikācijas Nr.BGSA/2018/02, turpmāk – iepirkums, iesniegto piedāvājumu vērtēšanu.

Piedāvājumu izvēles pamatojums/kritērijs līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

Informējam, ka iepirkuma 1.daļā tika saņemti divi Pretendentu piedāvājumi:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	SIA “Medeksperts”	29 500,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām
2.	SIA “Arbor Medical Korporācija”	26 000,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.5.punktā noteikto, 2018.gada 22.oktobrī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 1.daļā pretendentam **SIA “Arbor Medical Korporācija”**.

Informējam, ka iepirkuma 2.daļā tika saņemts viens Pretendenta piedāvājums:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	SIA “Arbor Medical Korporācija”	1 600,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.5.punktā noteikto, 2018.gada 22.oktobrī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 2.daļā pretendenta **SIA “Arbor Medical Korporācija”**.

Informējam, ka iepirkuma 3.daļā tika saņemts viena Pretendenta piedāvājums:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	SIA “Arbor Medical Korporācija”	58 200,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.5.punktā noteikto, 2018.gada 22.oktobrī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 3.daļā pretendenta **SIA “Arbor Medical Korporācija”**.

Informējam, ka iepirkuma 4.daļā tika saņemti divi Pretendentu piedāvājumi:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	SIA “KJ Serviss”	33 250,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām
2.	SIA “Arbor Medical Korporācija”	26 500,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.5.punktā noteikto, 2018.gada 22.oktobrī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 4.daļā pretendenta **SIA “Arbor Medical Korporācija”**.

Informējam, ka iepirkuma 5.daļā tika saņemti divi Pretendentu piedāvājumi:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	SIA “KJ Serviss”	13 840,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām
2.	SIA “Arbor Medical Korporācija”	12 400,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.5.punktā noteikto, 2018.gada 22.oktobrī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 5.daļā pretendenta **SIA “Arbor Medical Korporācija”**.

Informējam, ka iepirkuma 6.daļā tika saņemts viena Pretendenta piedāvājums:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	SIA “Arbor Medical Korporācija”	1 470,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.5.punktā noteikto, 2018.gada 22.oktobrī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 6.daļā pretendenta **SIA “Arbor Medical Korporācija”**.

Informējam, ka iepirkuma 7.daļā tika saņemti trīs Pretendentu piedāvājumi:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	SIA “NMS Elpa”	7 315,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām
2.	SIA “KJ Serviss”	2 850,00*	Neatbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām (tehn.spec.)
3.	SIA “Arbor Medical Korporācija”	5 380,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.5.punktā noteikto, 2018.gada 22.oktobrī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 7.daļā pretendenta **SIA "Arbor Medical Korporācija"**.

***Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu:**

Komisija izvērtējot pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājumus, secināja, ka SIA "KJ Serviss" iesniegtais tehniskais piedāvājums iepirkuma 7.daļā neatbilst izvirzītajām tehniskajām specifikācijām pozīcijās Nr.1.1.; 1.8.; 1.13.; 1.15.2.; 1.15.3.; 1.15.4.; 1.15.5.; 1.17.

<i>Pozīcijas Nr.</i>	<i>Minimālās tehniskās specifikācijas</i>	<i>Komisijas konstatētās neatbilstības izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām</i>
1.1.	Elektrokoagulators - paredzēts lietošanai dažāda veida ķirurģiskās operācijās	Tehniskajā specifikācijā nav atsaucies uz informatīvo materiālu, kā arī nav norādīta atsauce informatīvajā materiālā. Iepirkuma komisija nevar pārliecināties par atbilstību tehniskajai prasībai.
1.8.	Iespējams pievienot 2 kājas slēdzus, kājas slēdža vadība jebkurai no aktīvajām ligzdām	Iepirkuma komisija nevar pārliecināties par atbilstību tehniskajai prasībai, neatbilstība ierobežo iespēju izmantot elektrokoagulatoru dažādu veidu operācijās
1.13.	Koagulācijas un griešanas režīmos var iestatīt vēlamo iedarbības efektu, ne mazāk kā 8 līmeņos	Iepirkuma komisija nevar pārliecināties par atbilstību tehniskajai prasībai
1.15.2.	Iekārtai ir speciāls monopolārās griešanas režīms audiem, kas slikti vada elektrību un jaukta tipa audiem, piemērots griešanai ūdens vidē līdz ne mazāk kā 160 W, pīķa spriegums 1050 ±100 Vp	Informatīvajā materiālā nekur nav norādīts pīķa spriegums Vp, kas ir svarīgs lielums un tiešā veidā ietekmē iegūto efektu uz audiem - tehn.specifikācijā ir prasīti abi lielumi - gan vati W, gan pīķa spriegums Vp (piedāvājumā norādītie parametri - līdz 160 W, pīķa sprieg. 1050 Vp)
1.15.3.	Monopolārās koagulācijas režīms kontakta koagulācijai, bez griešanas īpašībām, izmantojamas monopolārās pincetes, jauda līdz ne mazāk kā 120 W, pīķa spriegums ne mazāk kā 1200 Vp	Informatīvajā materiālā nekur nav norādīts pīķa spriegums Vp, kas ir svarīgs lielums un tiešā veidā ietekmē iegūto efektu uz audiem - tehn.specifikācijā ir prasīti abi lielumi - gan vati W, gan pīķa spriegums Vp (piedāvājumā norādītie parametri -līdz 120 W, pīķa sprieg. 1200 Vp)
1.15.4.	Monopolārās koagulācijas režīms ātrai kontakta koagulācijai, bez griešanas īpašībām, jauda līdz ne mazāk kā 180W, pīķa spriegums ne mazāk kā 1100 Vp	Informatīvajā materiālā nekur nav norādīts pīķa spriegums Vp, kas ir svarīgs lielums un tiešā veidā ietekmē iegūto efektu uz audiem - tehn.specifikācijā ir prasīti abi lielumi - gan vati W, gan pīķa spriegums Vp (piedāvājumā norādītie parametri -līdz 180 W, pīķa sprieg. 1100 Vp)
1.15.5.	Bezkontakta spray tipa monopolārās koagulācijas režīms, jauda līdz ne mazāk kā 80W, pīķa spriegums ne mazāk kā 2900 Vp	Informatīvajā materiālā nekur nav norādīts pīķa spriegums Vp, kas ir svarīgs lielums un tiešā veidā ietekmē iegūto efektu uz audiem - tehn.specifikācijā ir prasīti abi lielumi - gan vati W, gan pīķa spriegums Vp (piedāvājumā norādītie parametri -80 W, pīķa sprieg. 2900 Vp)

1.15.6.	Bipolārās koagulācijas režīms, kurš samazina audu karbonizāciju un lipšanu pie elektroda, iestatāmi ne mazāk kā 8 koagulācijas efekti, jauda ne mazāk kā 120 W, pīķa spriegums ne mazāks kā 140 Vp.	Informatīvajā materiālā nekur nav norādīts pīķa spriegums Vp, kas ir svarīgs lielums un tiešā veidā ietekmē iegūto efektu uz audiem - tehn.specifikācijā ir prasīti abi lielumi - gan vati W, gan pīķa spriegums Vp, kā arī iepirkuma komisija nevar pārliecināties par atbilstību tehniskās prasības daļai - iestatāmi 8 koagulācijas efekti (piedāvājumā norādītie parametri -8 koag.rež., 120 W, pīķa sprieg. 140 Vp)
1.17.	Iespējams pievienot gan nedalītos, gan dalītas virsmas vienreiz lietojamus neitrālos elektrodus	Iepirkuma komisija nevar pārliecināties par atbilstību tehniskajai prasībai, nav atzīmes un atrodama informācija informatīvajā materiālā, ka iekārtai iespējams pievienot gan dalītos, gan nedalītos vienreiz lietojamus neitrālos elektrodus

Informējam, ka iepirkuma **8.daļā** tika saņemti divi Pretendentu piedāvājumi:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	SIA "Medeksperts"	1 380,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām
2.	SIA "Arbor Medical Korporācija"	880,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.5.punktā noteikto, 2018.gada 22.oktobrī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 8.daļā pretendentam **SIA "Arbor Medical Korporācija"**.

Informējam, ka iepirkuma **9.daļā** tika saņemts viena Pretendenta piedāvājums:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	SIA "Arbor Medical Korporācija"	880,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.5.punktā noteikto, 2018.gada 22.oktobrī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 9.daļā pretendentam **SIA "Arbor Medical Korporācija"**.

Informējam, ka iepirkuma **10.daļā** tika saņemti divi Pretendentu piedāvājumi:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	SIA "KJ Serviss"	1 160,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām
2.	SIA "Arbor Medical Korporācija"	700,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.5.punktā noteikto, 2018.gada 22.oktobrī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 10.daļā pretendentam **SIA "Arbor Medical Korporācija"**.

Informējam, ka iepirkuma **11.daļā** tika saņemti divi Pretendentu piedāvājumi:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	SIA "KJ Serviss"	695,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām
2.	SIA "Arbor Medical Korporācija"	900,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.5.punktā noteikto, 2018.gada 22.oktobrī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 11.daļā pretendētām SIA "KJ Serviss".

Informējam, ka iepirkuma 12.daļā tika saņemti divi Pretendentu piedāvājumi:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	SIA "Medeksperts"	4 850,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām
2.	SIA "Arbor Medical Korporācija"	3 990,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.5.punktā noteikto, 2018.gada 22.oktobrī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 12.daļā pretendētām SIA "Arbor Medical Korporācija".

Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9.panta 23.daļu pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkuma likuma 9.panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemt lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

M.Zeitmanis