

Gulbenē

2019.gada 3.maijā Nr.24-03/009

SIA “A.Medical”

Varkāļu iela 13a, Rīga, LV-1067

SIA “Arbor Medical Korporācija”

Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas pag.,
Ķekavas nov., LV-1076

Paziņojums par pieņemto lēmumu sakarā ar iepirkumu

*“Tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana LOR darba vietai, endoskopiju kabinetam, rentgendiagnostikas nodaļai Balvos SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība””,
Identifikācijas Nr.BGSA/2019/02*

Informējam, ka SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” iepirkumu komisija, turpmāk Komisija, veica iepirkuma/atklāta konkursa “Tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana LOR darba vietai, endoskopiju kabinetam, rentgendiagnostikas nodaļai Balvos SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība””, iepirkuma identifikācijas Nr.BGSA/2019/02, turpmāk – iepirkums, iesniegto piedāvājumu vērtēšanu.

Piedāvājumu izvēles pamatojums/kritērijs līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

Informējam, ka iepirkuma 1.daļā tika saņemti divu Pretendentu piedāvājumi:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	SIA “A.Medical”	18 320.00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām
2.	SIA “Arbor Medical Korporācija”	20 661.16	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.5.punktā noteikto, 2019.gada 3.maijā pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 1.daļā pretendētām **SIA “A.Medical”**.

Informējam, ka iepirkuma 2.daļā tika saņemts viena Pretendenta piedāvājums:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	SIA “Arbor Medical Korporācija”	58 900.00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.5.punktā noteikto, 2019.gada 3.maijā pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 2.daļā pretendents **SIA "Arbor Medical Korporācija"**.

Informējam, ka iepirkuma 3.daļā tika saņemts viena Pretendenta piedāvājums:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	SIA "Arbor Medical Korporācija"	18 400.00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.5.punktā noteikto, 2019.gada 3.maijā pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 3.daļā pretendents **SIA "Arbor Medical Korporācija"**.

Informējam, ka iepirkuma 4.daļā tika saņemts viena Pretendenta piedāvājums:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	SIA "Arbor Medical Korporācija"	24 780.00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.5.punktā noteikto, 2019.gada 3.maijā pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 4.daļā pretendents **SIA "Arbor Medical Korporācija"**.

Informējam, ka iepirkuma 5.daļā tika saņemts viena Pretendenta piedāvājums:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	SIA "Arbor Medical Korporācija"	67 760.00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.5.punktā noteikto, 2019.gada 3.maijā pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 5.daļā pretendents **SIA "Arbor Medical Korporācija"**.

Informējam, ka iepirkuma 6.daļā tika saņemti divu Pretendentu piedāvājumi:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	SIA "A.Medical"	128 600.00*	Neatbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām
2.	SIA "Arbor Medical Korporācija"	132 000.00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.5.punktā noteikto, 2019.gada 3.maijā pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 6.daļā pretendents **SIA "Arbor Medical Korporācija"**.

***Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu:**

Komisija izvērtējot pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājumus, secināja, ka SIA "A.Medical" iesniegtais tehniskais piedāvājums iepirkuma 6.daļā neatbilst izvirzītajām tehniskajām specifikācijām pozīcijās Nr.1.4.1.; 1.4.5.; 1.4.6.; 1.4.7.; 1.5.13.; 1.6.3.; 1.6.8.; 1.6.17.

Pozīcijas Nr.	Minimālās tehniskās specifikācijas	Komisijas konstatētās neatbilstības izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām
1.4.1.	Galda virsmas garums ne mazāk kā 220 cm	Pretendenta piedāvājums 218 cm neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām
1.4.5.	Galda celbspēja ne mazāk kā 300 kg	Pretendenta piedāvājums 295 kg neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām

1.4.6.	“Peldošās” galda virsmas pārvietojums garenvirzienā ne mazāk kā 100 cm	Pretendenta piedāvājums 80 cm (770 mm±5%) neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām
1.4.7.	“Peldošās” galda virsmas pārvietojums šķērsvirzienā ne mazāk kā 25 cm	Pretendenta piedāvājumā norādīts 30.4 cm, kas atšķiras no rādītājiem atsaucēs minētajās pielikumā pievienotajās datu lapās: 152,5 mm ±5%). Iepirkuma komisija, vērtējot konkrētās pozīcijas atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, kā pamatu ir ņēmusi datu lapā minētos rādītājus un līdz ar to konstatējusi, ka Pretendenta piedāvājums neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām
1.5.13.	Atmiņa detektorā vismaz 100 attēli	Iepirkuma komisija nevar pārliecināties par atbilstību tehniskajai prasībai.
1.6.3.	Motorizēti maināms savērsuma leņķis no -30 līdz +90 grādiem	Pretendenta piedāvājumā norādīts no -30 līdz +90 grādiem, kas atšķiras no rādītājiem atsaucēs minētajās pielikumā pievienotajās datu lapās: no -15 līdz +90 grādiem). Iepirkuma komisija, vērtējot konkrētās pozīcijas atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, kā pamatu ir ņēmusi datu lapā minētos rādītājus un līdz ar to konstatējusi, ka Pretendenta piedāvājums neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām
1.6.8.	Detektora svars ieskaitot bateriju ne vairāk kā 3.3 kg	Pretendenta piedāvājums 3.74 kg neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām
1.6.17.	Atmiņa detektorā vismaz 100 attēli	Iepirkuma komisija nevar pārliecināties par atbilstību tehniskajai prasībai.

Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9.panta 23.daļu pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkuma likuma 9.panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

M.Zeitmanis