

2020.gada 21.februārī Nr.24-03/40

Gulbenē

Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle
Mūkusalas ielas 101, Rīga, LV-1004

SIA “Baltmedika”
Senču pr.51, Baltezers, Garkalnes novads, LV-2164

SIA “Medeksperts”
Ūnijas iela 8a, Rīga, LV-1084

SIA “Arbor Medical Korporācija”
Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas pag.,
Ķekavas nov., LV-1076

SIA “KJ Serviss”
Zemitānu iela 2b, Rīga, LV-1012

*Paziņojums par pieņemto lēmumu sakarā ar iepirkumu
“Tehnoloģiju un aprīkojuma piegāde operāciju zālei, intensīvās terapijas nodaļai, uzņemšanas nodaļai,
ķirurga kabinetam Balvos un fizioterapeita kabinetam Gulbenē SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība””,
Identifikācijas Nr.BGSA/2019/06*

Informējam, ka SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” iepirkumu komisija, turpmāk Komisija, veica iepirkuma/atklāta konkursa **“Tehnoloģiju un aprīkojuma piegāde operāciju zālei, intensīvās terapijas nodaļai, uzņemšanas nodaļai, ķirurga kabinetam Balvos un fizioterapeita kabinetam Gulbenē SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība””, iepirkuma identifikācijas Nr.BGSA/2019/06,** turpmāk – iepirkums, iesniegto piedāvājumu vērtēšanu.

Piedāvājumu izvēles pamatojums/kritērijs līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

Informējam, ka iepirkuma 1.daļā tika saņemts viena Pretendenta piedāvājums:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle	7050,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.6.punktā noteikto, 2020.gada 20.februārī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma pretendenta **Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle.**

Informējam, ka iepirkuma 2.daļā tika saņemti trīs Pretendentu piedāvājumi:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	Medeksperts SIA	790,00*	Neatbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām
2.	Arbor Medical Korporācija SIA	1120,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām
3.	KJ Serviss SIA	1180,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.6.punktā noteikto, 2020.gada 20.februārī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma pretendenta SIA "Arbor Medical Korporācija".

***Pamatojums lēmumam par katru noraidīto Pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu:**

Komisija, izvērtējot pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājumus, secināja, ka SIA "Medeksperts" iesniegtais tehniskais piedāvājums iepirkuma 2.daļā neatbilst izvirzītajām tehniskajām specifikācijām pozīcijās 1.3.; 1.5.; 1.6.; 1.7.:

Pozīcijas Nr.	Minimālās tehniskās specifikācijas	Komisijas konstatētās neatbilstības izvirzītajām tehniskajām specifikācijām
1.3.	Noņemams plaukts ar paaugstinātām apmalēm	Iepirkuma komisija nevar pārliecināties par atbilstību tehniskajai prasībai
1.5.	Plaukta izmēri 710x480x25 (h) mm ± 20 mm.	Pretendenta piedāvājums 640x440x26 neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām
1.6.	Plaukta nestspēja vismaz 12 kg	Iepirkuma komisija nevar pārliecināties par atbilstību tehniskajai prasībai
1.7.	Svars ne vairāk kā 18 kg	Pretendenta piedāvājums 24kg neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām

Informējam, ka iepirkuma 3.daļā tika saņemti divi Pretendentu piedāvājumi:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	Medeksperts SIA	527,00*	Neatbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām
2.	Arbor Medical Korporācija SIA	547,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.6.punktā noteikto, 2020.gada 20.februārī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma pretendenta SIA "Arbor Medical Korporācija".

***Pamatojums lēmumam par katru noraidīto Pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu:**

Komisija, izvērtējot pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājumus, secināja, ka SIA "Medeksperts" iesniegtais tehniskais piedāvājums iepirkuma 3.daļā neatbilst izvirzītajām tehniskajām specifikācijām pozīcijās 1.2.; 1.3.:

Pozīcijas Nr.	Minimālās tehniskās specifikācijas	Komisijas konstatētās neatbilstības izvirzītajām tehniskajām specifikācijām
1.2.	Izmērs 600x300x160 mm ± 10 mm	Pretendenta piedāvājums 585x280x150 neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām
1.3.	Integrēta aizsardzības sistēma/vārsts ("Protected Valve")	Iepirkuma komisija nevar pārliecināties par atbilstību tehniskajai prasībai

Informējam, ka iepirkuma 4.daļā tika saņemti divi Pretendentu piedāvājumi:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	Medeksperts SIA	171,00*	Neatbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām
2.	Arbor Medical Korporācija SIA	580,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.6.punktā noteikto, 2020.gada 20.februārī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma pretendenta SIA "Arbor Medical Korporācija".

***Pamatojums lēmumam par katru noraidīto Pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu:**

Komisija, izvērtējot pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājumus, secināja, ka SIA "Medeksperts" iesniegtais tehniskais piedāvājums iepirkuma 4.daļā neatbilst izvirzītajām tehniskajām specifikācijām pozīcijās 1.2.:

Pozīcijas Nr.	Minimālās tehniskās specifikācijas	Komisijas konstatētās neatbilstības izvirzītajām tehniskajām specifikācijām
1.2.	Izmēri 1800x900x500 mm ± 100 mm	Pretendenta piedāvājums 2000x1054x520 neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām

Informējam, ka iepirkuma 5.daļā tika saņemti trīs Pretendentu piedāvājumi:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	Medeksperts SIA	718,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām
2.	Arbor Medical Korporācija SIA	900,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām
3.	KJ Serviss SIA	580,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.6.punktā noteikto, 2020.gada 20.februārī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma pretendenta SIA "KJ Serviss".

Informējam, ka iepirkuma 6.daļā tika saņemts viens Pretendenta piedāvājums:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	Arbor Medical Korporācija SIA	363,62	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.6.punktā noteikto, 2020.gada 20.februārī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma pretendenta SIA "Arbor Medical Korporācija".

Informējam, ka iepirkuma 7.daļā tika saņemti divi Pretendentu piedāvājumi:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	Medeksperts SIA	373,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām
2.	Arbor Medical Korporācija SIA	170,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.6.punktā noteikto, 2020.gada 20.februārī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma pretendenta SIA "Arbor Medical Korporācija".

Informējam, ka iepirkuma 8.daļā tika saņemts viena Pretendenta piedāvājums:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	Medeksperts SIA	541,00*	Neatbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija 2020.gada 20.februārī pieņēma lēmumu iepirkuma priekšmeta 8.daļā izbeigt iepirkumu bez rezultātiem.

***Pamatojums lēmumam par katru noraidīto Pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu:**

Komisija, izvērtējot pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājumus, secināja, ka SIA "Medeksperts" iesniegtais tehniskais piedāvājums iepirkuma 8.daļā neatbilst izvirzītajām tehniskajām specifikācijām pozīcijās 1.5.; 1.6.:

Pozīcijas Nr.	Minimālās tehniskās specifikācijas	Komisijas konstatētās neatbilstības izvirzītajām tehniskajām specifikācijām
1.5.	Izmērs 800x940x500mm ± 5 cm	Pretendenta piedāvājums 820x920x580 neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām
1.6.	Kravnesība uz viena plaukta ne mazāk kā 60 kg	Pretendenta piedāvājums 50kg neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām

Informējam, ka iepirkuma 9.daļā tika saņemti divi Pretendentu piedāvājumi:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	Medeksperts SIA	4279,00*	Neatbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām
2.	Arbor Medical Korporācija SIA	3848,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.6.punktā noteikto, 2020.gada 20.februārī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma pretendentam SIA "Arbor Medical Korporācija".

***Pamatojums lēmumam par katru noraidīto Pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu:**

Komisija, izvērtējot pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājumus, secināja, ka SIA "Medeksperts" iesniegtais tehniskais piedāvājums iepirkuma 9.daļā neatbilst izvirzītajām tehniskajām specifikācijām pozīcijās 1.6.; 1.7.; 1.8.; 1.9.; 1.10.; 1.12.:

Pozīcijas Nr.	Minimālās tehniskās specifikācijas	Komisijas konstatētās neatbilstības izvirzītajām tehniskajām specifikācijām
1.6.	Trendelenburg pozīcija regulējama ar kājas pedāli + 20° leņķī ± 2°	Pretendenta piedāvājums (Trendelenburg pozīcija regulējama ar kājas pedāli + 15° leņķī) neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām
1.7.	antiTrendelenburg pozīcija regulējama ar kājas pedāli - 20° leņķī ± 2°	Pretendenta piedāvājums (antiTrendelenburg pozīcija regulējama ar kājas pedāli - 14° leņķī) neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām
1.8.	Četrus sekciju pacienta virsma 190 x 65 cm (garums x platums) ± 3 cm	Pretendenta piedāvājums (196x65,5cm) neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām

1.9.	Atzveltnes sekcijas pacelšana līdz ne mazāk kā 0 - 90° leņķim	Pretendenta piedāvājums (<i>Atzveltnes sekcijas pacelšana līdz 0 - 75° leņķim</i>) neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām
1.10.	Augšstilbu sekcijas pacelšana līdz ne mazāk kā 0 - 40° leņķim	Pretendenta piedāvājums (<i>Augšstilbu sekcijas pacelšana līdz 0 - 24° leņķim</i>) neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām
1.12.	Ratu ārējie izmēri 210 x 75 cm (garums x platums) ± 3 cm	Pretendenta piedāvājums (2100x810mm) neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām

Informējam, ka iepirkuma 10.daļā tika saņemti divi Pretendentu piedāvājumi:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	Medeksperts SIA	4034,00*	Neatbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām
2.	Arbor Medical Korporācija SIA	3788,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.6.punktā noteikto, 2020.gada 20.februārī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma pretendenta SIA "Arbor Medical Korporācija".

***Pamatojums lēmumam par katru noraidīto Pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu:**

Komisija, izvērtējot pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājumus, secināja, ka SIA "Medeksperts" iesniegtais tehniskais piedāvājums iepirkuma 10.daļā neatbilst izvirzītajām tehniskajām specifikācijām pozīcijās 1.4.; 1.5.; 1.6.; 1.7.; 1.8.; 1.10.:

Pozīcijas Nr.	Minimālās tehniskās specifikācijas	Komisijas konstatētās neatbilstības izvirzītajām tehniskajām specifikācijām
1.4.	Trendelenburg pozīcija regulējama ar kājas pedāli + 20° leņķī ± 2°	Pretendenta piedāvājums (<i>Trendelenburg pozīcija regulējama ar kājas pedāli + 15° leņķī</i>) neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām
1.5.	antiTrendelenburg pozīcija regulējama ar kājas pedāli - 20° leņķī ± 2°	Pretendenta piedāvājums (<i>antiTrendelenburg pozīcija regulējama ar kājas pedāli - 14° leņķī</i>) neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām
1.6.	Četru sekciju pacienta virsma 190 x 65 cm (garums x platums) ± 3 cm	Pretendenta piedāvājums (196x65,5cm) neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām
1.7.	Atzveltnes sekcijas pacelšana līdz ne mazāk kā 0 - 90° leņķim	Pretendenta piedāvājums (<i>Atzveltnes sekcijas pacelšana līdz 0 - 75° leņķim</i>) neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām
1.8.	Augšstilbu sekcijas pacelšana līdz ne mazāk kā 0 - 40° leņķim	Pretendenta piedāvājums (<i>Augšstilbu sekcijas pacelšana līdz 0 - 24° leņķim</i>) neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām
1.10.	Ratu ārējie izmēri 210 x 75 cm (garums x platums) ± 3 cm	Pretendenta piedāvājums (2100x810mm) neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām
		Iepirkuma 9., 10.daļai pievienotās tehniskās datu lapas ar atsaucēm ir norādītas vienā pielikumā, līdz ar to nesakrīt 10.daļas atsaucē numerācija

Informējam, ka iepirkuma 11.daļā tika saņemts viena Pretendenta piedāvājums:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	Arbor Medical Korporācija SIA	2940,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.6.punktā noteikto, 2020.gada 20.februārī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma pretendenta SIA "Arbor Medical Korporācija".

Informējam, ka iepirkuma 12.daļā tika saņemti divi Pretendentu piedāvājumi:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	Medeksperts SIA	3932,50*	Neatbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām
2.	Arbor Medical Korporācija SIA	2700,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.6.punktā noteikto, 2020.gada 20.februārī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma pretendenta SIA "Arbor Medical Korporācija".

***Pamatojums lēmumam par katru noraidīto Pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu:**

Komisija, izvērtējot pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājumus, secināja, ka SIA "Medeksperts" iesniegtais tehniskais piedāvājums iepirkuma 12.daļā neatbilst izvirzītajām tehniskajām specifikācijām pozīcijās 1.3.; 1.6.1.; 1.6.2.; 1.6.3.; 1.6.4.; 1.7.; 1.8.; 1.16.:

Pozīcijas Nr.	Minimālās tehniskās specifikācijas	Komisijas konstatētās neatbilstības izvirzītajām tehniskajām specifikācijām
1.3.	Darbības frekvence ne mazāk kā 500 kHz	Pretendenta piedāvājums (333 kHz) neatbilst Pasūtītāja noteiktajām minimālajām tehniskajām prasībām
1.6.1.	Standarta griešanas režīms, ar minimālu vai vidēju audu hemostāzi, maksimālais pīķa spriegums 550 Vp ± 5%	Iepirkuma komisija nevar pārliecināties par atbilstību tehniskajai prasībai
1.6.2.	Griešanas režīms ar paaugstinātu audu hemostāzi, pazeminātu griešanas ātrumu, maksimālais pīķa spriegums 900 Vp ± 5%	Iepirkuma komisija nevar pārliecināties par atbilstību tehniskajai prasībai
1.6.3.	Viegla koagulācijas režīms, bez dzirksteļošanas, samazina audu karbonizāciju un elektroda lipšanu pie audiem, maksimālais pīķa spriegums 190 Vp ± 5%	Iepirkuma komisija nevar pārliecināties par atbilstību tehniskajai prasībai
1.6.4.	Ātras koagulācijas režīms, paredzēts efektīvai, ātrai koagulācijai, maksimālais pīķa spriegums – ne mazāks kā 1250 Vp ± 5%	Iepirkuma komisija nevar pārliecināties par atbilstību tehniskajai prasībai
1.7.	Bipolārais režīms – nodrošina bipolāro koagulāciju izmantojot bipolārās pincetes, pīķa spriegums 190 Vp ± 5%	Iepirkuma komisija nevar pārliecināties par atbilstību tehniskajai prasībai
1.8.	Iekārtas griešanas un koagulācijas jaudas iestatīšana - Vatos uz iekārtas priekšējā paneļa ar spiedpogām	Iepirkuma komisija nevar pārliecināties par atbilstību tehniskajai prasībai
1.16.	Iespējams pievienot gan nedalītos, gan dalītas virsmas vienreiz lietojamus neitrālos elektrodus	Iepirkuma komisija nevar pārliecināties par atbilstību tehniskajai prasībai

Informējam, ka iepirkuma **13.daļā** tika saņemti divi Pretendentu piedāvājumi:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	Baltmedika SIA	2840,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām
2.	Arbor Medical Korporācija SIA	2060,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.6.punktā noteikto, 2020.gada 20.februārī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma pretendenta **SIA "Arbor Medical Korporācija"**.

Informējam, ka iepirkuma **14.daļā** netika saņemts neviena Pretendenta piedāvājums.

Komisija 2020.gada 20.februārī pieņēma lēmumu iepirkuma priekšmeta **14.daļā izbeigt iepirkumu bez rezultātiem**.

Informējam, ka iepirkuma **15.daļā** netika saņemts neviena Pretendenta piedāvājums.

Komisija 2020.gada 20.februārī pieņēma lēmumu iepirkuma priekšmeta **15.daļā izbeigt iepirkumu bez rezultātiem**.

Informējam, ka iepirkuma **16.daļā** tika saņemts viena Pretendenta piedāvājums:

Nr.p.k.	Pretendenta nosaukums	Piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN	Piedāvājuma izvērtējuma apkopojums
1.	Arbor Medical Korporācija SIA	6850,00	Atbilstošs iepirkuma nolikumā definētajām prasībām

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikumā 3.6.punktā noteikto, 2020.gada 20.februārī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma pretendenta **SIA "Arbor Medical Korporācija"**.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 23.janvāra noteikumiem Nr.56 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķā "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešo kārtu", Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu vadību, Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā un kas uzskata, ka Pasūtītājs/Finansējuma saņēmējs – SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" nav izraudzījies ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu līguma noslēgšanai, ir tiesīgs informēt atbildīgās institūcijas (piemēram, Centrālo finanšu un līgumu aģentūru). Visi strīdi starp Pasūtītāju/Finansējuma saņēmēju – SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" un Pretendentu tiek risināti Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā.

SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



M.Zeitmanis