

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Iepirkuma priekšmeta 1.-9.daļa

Vispārīgās prasības:	
1)	Finanšu piedāvājumā pretendents jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā
2)	Piegāde un uzstādīšana ne vairāk kā 40 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
3)	Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
4)	* Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modeli atbilstošos parametrus;
5)	** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6)	Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7)	Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto elektrodrošības un funkciju pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaudes dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu (<i>prasība tiek izpildīta gadījumā, ja preces ražotājs ir noteicis šādas pārbaudes</i>)

1.daļa	Elektrokardiogrāfs ar EKG analizatoru ar galdu un somu - 1 gb.
2.daļa	Otoskops - 1 gb.
3.daļa	Inhalators - 1 gb.
4.daļa	Medicīniskā kušete (neregulējama) - 2gb.
5.daļa	Dermatoskops - 1gb.
6.daļa	Hemoglobīnometrs - 1gb.
7.daļa	Urīna analizators - 1 gb.
8.daļa	Glikometrs - 1 gb.
9.daļa	Iekārta ABL, ZBL holesterīna un triglicerīdu noteikšanai - 1gb.

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Cenu aptaujas iepirkuma priekšmeta 1.daļa - Elektrokardiogrāfs ar EKG analizatoru ar galdu un somu

Nr.p.k.	Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība	Pretendenta piedāvājums	Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1.	Elektrokardiogrāfs ar EKG analizatoru ar galdu un somu Pamatprasības: Portatīvs; 12 novadijumu; Darbība: automātiskā, manuālā, rītmā režīmā; Ar EKG analizatoru; Kardiogrāfa komplektā jābūt visiem nepieciešamajiem piederumiem: kabeļiem, vadiem, vairāk lietojamiem 6 krāsu elektrodi ar mehāniskiem piesūcekņiem un 4 ekstremitāšu elektrodiem ar vienu rezerves komplektu (6 krāsu elektrodi ar mehāniskiem piesūcekņiem), printera papīram, somai, kurā minētos piederumus ievietot; Elektrības avots: uzlādējams akumulators un elektrofilis elektrofilis 220 - 240 V, 50/60 Hz. Akumulatora darbības laiks: iespēja izdrukāt ne mazāk kā 30 izdrukas nepārtrauktā režīmā;Integrēts printeris, ar iespēju drukāt EKG ar ātrumu 25 un 50mm/s, 3 novadijumus rindā; Pastiprinājums: 5, 10, 20 mm/mV; Var būt iespēja savietot ar datoru; Minimālas prasības programmai: iespēja saglabāt datus datorā, apstrādātTrokšņu filtri: sīrāvas (AC), ķermeņa trīces (EMG), saskarne; EKG (ierakstīt pacienta datus, likt savus komentārus) un drukāt EKG ar papildus ievadīto informāciju izmantojot datora printeri. Automātisks izolācijas filtrs; Kardiogrāfa soma: 1) gatavota no mazgājama un izturīga materiāla, somai jābūt pārnēsājamai gan nešanai aiz rokura, gan ar regulējamu pleca siksnu, 2) kardiogrāfs un tam nepieciešamie piederumu somā novietojami vienā līmenī, lai atverot somu, tie būtu pārskatāmi, 3) somas iekšpusē kardiogrāfs un tā piederumi viens no otra atdalīti ar nodalījumu šķērssienu. Galda statīvs ar grozu, uz antistatiskiem ritenīšiem, no tiem divi ritenīši ar bremzēm. Garantija ne mazāk kā 24 mēneši		
2.			

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Cenu aptaujas iepirkuma priekšmeta 2.daļa - Otoskops

Nr.p.k.	Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība	Pretendenta piedāvājums	Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var būt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
	Otoskops		
1.	Pamāprasības: Otoskopa galva: izklīdēta gaisma; Rokturis: metāla vai plastikāta korpuss ar integrētu akumulatoru, uzlādējams; Darbības laiks: ne mazāks kā 1 stundu nepārtrauktā režīmā; Uzgaļu komplekts (ne mazāk kā 3 dažādi izmēri, vienību skaits ne mazāks kā 6), rezerves spuldze.		
2.	Garantija ne mazāk kā 24 mēneši		

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Cenu aptaujas iepirkuma priekšmeta 3.daļa - Inhalators

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)</i>
	Inhalators		
1.	Pamatprasības: Materiāls: plastmasa; Portatīvs inhalators (pieaugušajiem un bērniem); Darbības režīms: nepārtraukts; Barošanas avots: elektrotīkls 220 - 240 V, 50/60 Hz; Komplekts: 1) 2 izmēra maskas (bērniem, pieaugušajiem; vairākkārt lietojamas), 2) ienutis (vairākkārt lietojams), 3) deguna uzgalis (vairākkārt lietojams), 4) ierīces - maskas savienošanas caurule (ne mazāk par 1 m), 5) zāļu maisījums (rezervuārs); Funkcionālie parametri: Gaisa plūsma ne mazāka kā 7L/min. Medikamentu rezervuārs: ne mazāks par 7 ml. Šķīduma miglošanas ātrums: ne mazāk par 0,2 ml/min. Garantija ne mazāk kā 24 mēneši		
2.			

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Cenu aptaujas iepirkuma priekšmeta 4.daļa - Medicīniskā kušete (neregulējama) 2gab.

Nr.p.k.	Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība	Pretendenta piedāvājums	Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp. , kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1.	Medicīniskā kušete (neregulējama) Pamatprasības: Izmēri: 1) garums ne mazāks par 180 cm. 2) platums ne mazāks par 60 cm; Neregulējams augstums (60 - 80 cm); Celtpēja ne mazāk par 150 kg; Divdaļīga (salokāma spilvena daļa); Polsterējuma biezums ne mazāk kā 50 mm; Virsmu var dezinficēt ar visiem pieļaujamiem dezinfekcijas līdzekļiem; Papīra rullītu turētājs fiksēts zem kušetes (paredzēts rullim kas pilnībā pārklāj kušetes virsmu) Garantija ne mazāk kā 24 mēneši		
2.			

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Cenu aptaujas iepirkuma priekšmeta 5.daļa - Dermatoscops

Nr.p.k.	Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība	Pretendenta piedāvājums	Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1.	Dermatoscops Pamatprasības: Regulējams optiskais palielinājums diapazonā ne mazākā par no 10 līdz 20 reizēm; Lēcas tips: stikls ar pret atstarošanas pārklājumu;Ieslēdzams un izslēdzams LED apgaismojums; Diodu daudzums:4- 8 gab.; Attēla izšķirtspēja ne mazāk par 5.0 MP; Apgādāts ar dažādām kontakta platēm (N Imersijas, P polarizācijas), Dermatoscops savienojas ar datoru;Datora programmatūra, kas ļauj izmērīt ādas veidojumus un saglabāt to attēlus; datorprogrammas instalācija;Sensora tips: CMOS vai analoģis;Iebūvēts polarizācijas filtrs		
2.	Garantija ne mazāk kā 24 mēneši		

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Cenu aptaujas iepirkuma priekšmeta 6.daļa - Hemoglobīnometrs

Nr.p.k.	Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība	Pretendenta piedāvājums	Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārbaudes par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1.	Hemoglobīnometrs Pamatprasības: Portatīva iekārta paredzēta kvantitatīvai hemoglobīna (Hb) noteikšanai un hematokrīta (Hct) aprēķināšanai cilvēka kapilāru un vēnās asinīs. Komplektā: mērierīce, testa strēmeļu iepakojums, kodu čips, baterijas, soma, lancetēšanas ierīce, 10 sterilas lancetes, 2 kontroles strēmeles, lietošanas instrukcija		
2.	Garantija ne mazāk kā 24 mēneši		

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Cenu aptaujas iepirkuma priekšmeta 7.daļa - Urīna analizators

Nr.p.k.	Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība	Pretendenta piedāvājums	Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1.	Urīna analizators Pamatprasības: Portatīvs urīna analizators līdz 14 urīna parametru mērīšanai. Ražīgums: 60-120 analīzes stundā. Testi: Urobilīnogēns, Bilirubīns, Ketoni, Eritrocīti, Olbaltumvielas, Nītrīti, Leikocīti, Glikoze, Īpetnējais blīvums, pH, Askorbīnskābe, Kreatinīns, Kalcijs, Mikroalbumīns. Printeris: iebūvēts termoprinteris. Interfeiss: ports RS-232, ports PS/2, paralēlais ports. Atmiņa: vismaz 500 rezultāti		
2.	Garantija ne mazāk kā 24 mēneši		

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Cenu aptaujas iepirkuma priekšmeta 8.daļa - Glikometrs

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var būt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)</i>
	Glikometrs		
1.	Pamatprasības: Portatīvs teststrēmeļu analizators glikozes noteikšanai kapilārās asinīs. Komplektā: Analizators, baterijas, autolancete, 10 vienreizējas lietošanas lancetes un 10 teststrēmeles, maciņš, lietošanas instrukcija		
2.	Garantija ne mazāk kā 24 mēneši		

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Cenu aptaujas iepirkuma priekšmeta 9.daļa - Iekārta ABL, ZBL holesterīna un triglicerīdu noteikšanai

Nr.p.k.	Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība	Pretendenta piedāvājums	Atsauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var būt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)
1.	Iekārta ABL, ZBL holesterīna un triglicerīdu noteikšanai <i>Pamatprasības:</i> Portatīva ekspresdiagnostikas iekārta ABL, ZBL holesterīna un triglicerīdu noteikšanai. LCD displejs, Atmiņa vismaz 500 mērījumiem, automātiska atslēgšanās, uzlādējams akumulators vai maināmas baterijas.		
2.	<i>Garantija ne mazāk kā 24 mēneši</i>		

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)